Научно-техническая фирма
«Информационные биоэнергетические системы»

Трансфер М

Паспорт и Инструкция по эксплуатации

Электронная версия от 06.02.2025 г.

В настоящем Инструкции изложены основные сведения о приборе Трансфер М. Терминология, использованная в Инструкции, соответствует сформировавшейся в Украине профессиональной лексике в области информотерапии и акупунктурой диагностики.

Список используемых аббревиатур
БАТ ─ биологически активная точка
ИКП ─ информационная копия препарата

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор Трансфер М (в дальнейшем – прибор) предназначен для медицинских работников и пользователей, занимающихся акупунктурной диагностикой и информотерапией.

Прибор позволяет считывать информационные свойства с любых нативных и гомеопатических препаратов, ИКП и биологических проб с последующим трансфером (переносом) этой информации на такие носители как: крупка, воск, иглы для рефлексотерапии, а также на любые: жидкости, металлы, пищевые продукты, косметические и моющие средства, бижутерию, янтарь, хрусталь и т.п. без изменения потенции (один в один).

Трансфер применяется для:
– приготовления информационных копий аллопатических препаратов;
– копирования гомеопатических препаратов;
– приготовления аутонозодов.

Совместно с аппаратами типа Биотестер (пр-ва фирмы «ИБС») или другими подобными, прибор позволяет определить совместимость с организмом человека любых препаратов и материалов и осуществить их индивидуальный подбор по Фоллю или Шиммелю (ВРТ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В приборе имеется:
– энергозависимая память ИКП;
– кнопка для переключения режимов работы:
– звуковой индикатор питания и режимов работы;
– встроенная контактная площадка для установки чашки Петри;
– разъём Type C для подключения источника питания;
– гнездо для подключения соединительного кабеля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Прибор Трансфер М.
– Соединительный кабель.
– Чашка Петри.
– Чехол.

Дополнительно (под заказ):
– кабель USB 2.0 AM – Type C;
– сетевой USB адаптер.

УСТРОЙСТВО

Прибор размещен в запломбированном корпусе размером 67x129x20 мм. На передней панели находится контактная площадка для чашки Петри и кнопка переключения режимов работы. В торце прибора расположены: разъём для подключения USB кабеля типа Type C и гнездо для подключения соединительного кабеля.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите прибор к источнику питания. Прибор можно запитать от:
1. Настольного или переносного компьютер, сетевого адаптер на пять вольт, переносного зарядного устройства типа Powerbank и т.п. При этом нужно использовать кабель типа USB 2.0 AM - Type C (не входит в комплект)
2. Планшета или смартфона. При этом нужно использовать кабели типа Mini USB - Type C или Micro USB - Type C (не входят в комплект)

После подключения прибор перейдёт в режим Самотестирования и, если всё в порядке, он подаст звуковой сигнал о готовности к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Трансфер информационных свойств проводится в два этапа. На первом осуществляется запись информации в память прибора. На втором – перенос этой информации на носитель.

1. Запись информации в память прибора.
1.1 Если необходимо приготовить ИКП какого-либо препарата, поместите его в чашку Петри и поставьте на контактную площадку прибора. Доза препарата должна быть равна рекомендуемой дозе однократного приёма.
1.2 Если необходимо приготовить аутонозод, поместите соответствующую физиологическую пробу (выделение из носа, слюну, урину и т.п.) в чашку Петри и поставьте её на контактной площадке прибора. При необходимости можно размещать препараты и непосредственно на контактной площадке, но это не рекомендуется
1.3 Если необходимо изготовить копию ИКП, подключите тест-кассету или селектор с этой ИКП к прибору с помощью кабеля соединительного.
1.4 Запишите информацию в память прибора. Для этого кратковременно нажмите на кнопку. Прозвучит короткий звуковой сигнал – информация записана в память прибора.

2. Перенос информации на носитель.
2.1 Если носителем будет крупка, сахар, соль и т.п. насыпьте её в один слой в чашку Петри и поставьте на контактную площадку прибора.

2.2 Если носителем будет воск, расплавьте его и нанесите каплю непосредственно на контактную площадку прибора (чашку Петри в этом случае использовать нельзя).
2.3 Если носителем будет вода или др. жидкости: этиловый спирт, физраствор, глицерин и т.п., налейте эту жидкость в какую-нибудь ёмкость и поставьте её на контактную площадку прибора.
2.4 Если носителем будет какое-нибудь металлическое изделие поместите его на контактную площадку прибора
2.5 Перенесите информацию на носитель. Для этого нажмите кнопку и удерживайте её в течении примерно 2 сек. Прозвучит звуковой сигнал продолжительностью в 5 сек. – информация записана на носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Качество трансфера на жидкость напрямую зависит от материала емкости и объёма воды в ней. Рекомендуется использовать металлическую посуду типа кружек и термосов и заряжать не больше 0.5 литра. Однако, можно использовать посуду также из других материалов: стекло, керамика, фаянс, хрусталь и т.п.
2. Заряженную жидкость желательно хранить в термосе, оберегать от тряски и от электромагнитных полей, поэтому зачастую удобнее заряжать крупку и, по мере надобности, деноминировать жидкость – одна горошинка на 30 мл.
3. Качество трансфера рекомендуется контролировать по методу Фолля или Шиммеля (ВРТ). Любой носитель должен быть сам по себе нейтральным и никак не влиять на показатели проводимости БАТ. Однако, некоторые носители и металлы (в частности золото) вызывают у отдельных людей снижение показателей БАТ, поэтому использовать их этим людям не рекомендуется. Кроме того, желательно иногда проверять носители на предмет сохранения информации. К примеру, информацию довольно удобно записывать на металлический корпус ручных часов. Если они механические, проблем с сохранением этой информации не будет, и она может сохраняться многие месяцы. Но если часы электронные, то через какое-то время информация исчезнет.
ПРИМЕЧАНИЕ. При проведении трансфера ни в коем случае нельзя прикасаться к контактной площадке прибора и носителю.

В результате трансфера создаётся биологически активное вещество (крупка, вода, металл, парафин и т.д.). Крупка и вода принимается перорально три раза в день. Крупка – по одной горошинке под язык до полного рассасывания, вода – по 30 мл. Кроме того, биологически активные жидкости можно вводить и внутривенно, и внутримышечно, но для этого в качестве носителя лучше использовать не воду, а стерилизованный физиологический раствор. Восковые «лепёшки» обычно используют как аппликаторы. Их накладывают на определённую БАТ, закрепляют лейкопластырем и носят весь день. Изделия из металлов так же используются как аппликаторы, но они служат для длительного, в течении многих месяцев, воздействия на организм человека.

Некоторые типичные примеры применения ИКП:
– восстановления организма после лечения антибиотиками;
– удаление следов жизнедеятельности глистов и др. паразитов из организма;
– лечение ОРЗ (используются аутонозоды, приготовленные из выделений носа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Биологически активные вещества и жидкости являются лекарствами! Для работы с ними нужно обладать определёнными знаниями в области гомеопатии и информотерапии или периодически консультироваться со специалистами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации прибора необходимо постоянно следить за чистотой контактной площадки и чашки Петри и периодически протирать их спиртом.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В процессе эксплуатации прибора наиболее вероятной является поломка USB кабеля. В этом случае при подаче питания через такой кабель прибор не издаст звуковой сигнал. Нужно любым доступным способом проверить этот кабель и, если он действительно поломан, заменить его.